

## CENTRALINE SELETTIVE VETTORIALI - 1C – LOTTO 1

(sono evidenziate in rosso le modifiche apportate rispetto alla scheda pubblicata in data 08/11/2018)

Le caratteristiche tecniche minime, pena esclusione, sono le seguenti; esse dovranno essere chiaramente indicate nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale al seguente numero identificativo di ciascuna caratteristica:

### 1. Centraline selettive vettoriali

Frequenza di specifica garantita	20 MHz - 6 GHz
Risoluzione	1 Hz
Span frequenza	10 Hz to 6 GHz
Banda di analisi I/Q	20 MHz
Velocità di acquisizione traccia (FULL SPAN , 10 KHz RBW )	>4 GHz/s
Purezza spettrale garantita @ 1 GHz , 10 kHz offset	- 82 dBc/Hz
Attenuatore interno	da 0 a 40 dB
Massimo livello d'ingresso	+ 20 dBm
Accuratezza misura di livello	+/- 2.5 dB
<b>Preamplificatore</b>	<b>Standard incluso</b>
Software per l'analisi spettrale (impostazione dello strumento e acquisizione dati da remoto)	Incluso nella fornitura
Possibilità di controllo web remoto di una rete di centraline vettoriali	Incluso nella fornitura
Risoluzione massima	<b>24 bit</b>
Risoluzione traccia	da 100 a 4000 punti
Interfaccia di connessione remota 1 Gb Ethernet	Standard incluso
<b>Ambientali</b>	
Temperatura operativa	da - 40 a + 55 °
Temperatura immagazzinamento	da - 51 a + 71 °
<b>Chassis</b>	<b>a norma IP67</b>

### 2. Garanzia fullrisk di 24 mesi

### 3. Taratura riferibile Accredia 24 mesi

### 4. Formazione

- a. Minimo una giornata da 8 ore

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (massimo 70 punti).**

I criteri generali dovranno essere chiaramente indicati nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale alle seguenti lettere identificative del criterio:

<b>Lettera identificativa del criterio</b>	<b>Criterio generale</b>	<b>Sub criterio</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>C1</b>	Anni aggiuntivi di garanzia fullrisk	Per ogni anno oltre i primi 24 mesi: 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 2 punti.	2
<b>C2</b>	Formazione	Per ogni blocco di formazione di 1 GG (=8 ore) oltre quella prevista: 1 punto per ogni giorno fino ad un massimo di 1 punto.	1
<b>C3</b>	Taratura riferibile Accredia	Per ogni intervento di taratura successivo ai primi 24 mesi: 5 punti per ogni anno fino ad un massimo di 15 punti.	15
<b>C4</b>	Immunità elettromagnetica	Certificata in ambienti con valori di campo elettromagnetico fino a 20 V/m	<b>3</b>
<b>C5</b>	Immunità elettromagnetica	Certificata in ambienti con valori di campo elettromagnetico oltre 20 V/m	<b>2</b>