



Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici

CHIARIMENTI I

DOMANDA 1: Con riferimento al MISURATORE E SONDE A BANDA LARGA RF. E ELF. 2A – LOTTO 2: Requisito numero 1-b si chiede di specificare meglio cosa si intende per **media manuale**.

RISPOSTA 1: la caratteristica si riferisce ad un misuratore. Con la specifica descritta, si intende la possibilità di acquisire valori di campo in modalità manuale e cioè di poter scegliere l'istante temporale nel quale memorizzare i valori medesimi.

DOMANDA 2: Requisito numero 4 in cui si richiede un Treppiede in materiale amagnetico (fibra di vetro) privo di metallo anche nelle giunzioni, si richiede se ciò valga anche per le parti metalliche interne delle giunzioni che costituiscono le filettature.

Risposta 2: È ammessa la possibilità che siano presenti porzioni metalliche interne delle giunzioni che costituiscono le filettature.